



### SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20200311003

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Dom Eliseu

Fundo Municipal de Saúde

**ÓRGÃO** : 11 Fundo Municipal de Saúde

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** : 12 Fundo Municipal de Saúde

**PROJETO / ATIVIDADE** : 2.089 Manutenção da Saúde Bucal - SB

**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA** : 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

**SUBELEMENTO** : 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Aquisição de Equipamentos Odontológicos para a Atenção Básica Bucal em consonância com o Termo de Compromisso nº 1502931712261259907/Ministério da Saúde, para qual solicitamos as providências necessárias.

**Justificativa** : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
220619	AMALGAMADOR ( APARELHO ) <i>Especificação: equipamento de uso odontológico, utilizado para mistura de produtos para homogeneização, necessários à produção de amalgam tipo capsular - modo de operação digital.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
174545	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO <i>Especificação: equipamento de uso odontológico, destinado à obtenção de radiografias odontológicas, modo de operação - digitalização mínima de 7ma.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
284853	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA <i>Especificação: autoclave horizontal de bancada à vapor para esterelização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos- câmara de esterelização em aço inoxidável modo de operação Digital de 26 a 45 litros</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
222269	BIOMBO PLUMBIFERO <i>Especificação: mobiliário hospitalar, revestido em chumbo, usado para proteção do profissional durante a realização de exames radiológicos- estrutura em aço ou alumínio- espessura/tipo: de 02 mm/curvo.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
284854	BOMBA DE VÁCUO <i>Especificação: Equipamento gerador de vácuo para diversas aplicações em ambiente hospitalar (consultório odontológico) com potência/vácuo de 1,3 a 2,0 HP/A por de 100 MMHG</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
221939	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) <i>Especificação: COMANDO DA CADEIRA: PEDAL; CABECEIRA; REFLETOR; EQUIPO TIPO ACOPLADO; TERMINAIS NO MÍNIMO 03; CUBA PORCELANA/CERÂMICA, SERINGA TRÍPLICE; PEÇA RETA; MICRO MOTOR; UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR); CANETA DE ROTAÇÃO e MOCHO 03 TERMINAIS,</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
284855	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO/40 A 49 LITROS	1,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20200311003

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Dom Eliseu

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo, utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns equipamentos que comprimem ar comprimido, capacidade de 40 a 49 litros; potência 1 a 2HP; consome 7 a 8 pés.</i>			
220947	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS <i>Especificação: aparelho indicado para polimerizar resinas através de luz visível tipo LED, SEM FIO COM RADIÔMETRO</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
284856	JATO DE BICARBONATO <i>Especificação: utilizado para remover a placa bacteriana, camada oxidada, manchas e impurezas dentárias, por meio do uso do bicarbonato de sódio; CONSOLE com entrada de ar, água e reservatório de bicarbonato; ACESSÓRIOS: 01 peças de mão para jato de bicarbonato</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
174543	MOCHO ODONTOLÓGICO <i>Especificação: tipo de cadeira giratória para facilitar a movimentação e precisão em procedimentos médicos cirúrgicos; MATERIAL DE CONFECÇÃO: aço/ferro cromado; ENCOSTO; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
205749	NEGATOSCOPIO <i>Especificação: Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas, contendo: LÂMPADA FLUORESCENTE/MAMOGRAFICO/ 2 A 4 CORPOS</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
190440	SELADORA <i>Especificação: TIPO/APLICAÇÃO: AUTOMÁTICA/CONVENCIONAL</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
220968	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO <i>Especificação: Equipamento com JATO DE BICARBONATO INTEGRADO; CANETA/TRANSDUTOR DO SISTEMA AUTOCLÁVEL; CAVITADOR</i>	1,0000	UNIDADE	0,00

Dom Eliseu, 11 de Março de 2020

\_\_\_\_\_  
CARLA JULIANE ANDRADE MAGALHÃES  
RESPONSÁVEL